

SHORT® HE RD



Conexão
Digital Implant

SUA PLATAFORMA PROTÉTICA HE RD GARANTE
ESTABILIDADE E PRECISÃO

Short - 977000

Long - 9770001





CARACTERÍSTICAS

Características Gerais

- Macro estrutura cilíndrica
- Dupla rosca com ápice ativo, quatro fresados
- Bioplatform® (tipo switch)
- Rosca Interna: M 2.0

Principais Indicações

- Implantações unitária, parcial e múltipla
- Protocolo convencional e carga imediata



Torque de Instalação
recomendado de **45N.cm**



Hard®

Titânio Hard® 955(MPa)
73% + resistente


Tratamento de Superfície POROUS®

Ø 4.3

56745599 - 4,3x5,5

Ø 5.0

56755599 - 5,0x5,5



HEX. EXTERNO - FLEX GOLD® HE RD - Ø 3,5 - 3,75 - 4,3 - 5,0 | SHORT® HE RD - Ø4,3 - 5,0

EASY GRIP® HE RD - Ø3,75 - 4,0 - 5,0

exocad®

exocad® / inLab

Healing Caps

Ø4,5
115023 - 3,0mm
115024 - 4,0mm
115025 - 5,5mm
115027 - 7,0mm

Ø5,0
122023 - 3,0mm
122024 - 4,0mm
122025 - 5,5mm
122027 - 7,0mm

Abutment

Múltipla			Unitária - Múltipla		Unitária - Múltipla		Unitária			
MB - Multi Base			MU - Micro Unit Mini Pilar		EC - Esteticone		UB - UCLA Base		TiBase Large	
Ø3,8 Torque 20Ncm			Ø4,8 Torque 20Ncm		Ø4,8 Torque 20Ncm		Ø4,5 Torque 30Ncm		Ø5,0 Torque 30Ncm	
 230030 - 1,0mm 230031 - 2,0mm 230032 - 3,0mm 230033 - 4,0mm			 Solid 132041 - 1,0mm 132042 - 2,0mm 132043 - 3,0mm 132044 - 4,0mm  2 peças 132021 - 1,0mm 132022 - 2,0mm 132023 - 3,0mm 132024 - 4,0mm  220020 17° 148022 - 2,5mm 148023 - 3,5mm 30° 032023 - 3,0mm 032024 - 4,0mm		 022021 - 1,0mm 022022 - 2,0mm 022023 - 3,0mm  220020 161022 - 2,0mm 161023 - 3,0mm 30° 162023 3mm		 Ucla Calcínvel Implante 056021 - acrílico c/ Hex 055021 - acrílico s/ Hex  Ucla Base Cromo Cobalto 056530 - CrCo c/ Hex 056527 - CrCo s/ Hex		 4.7 3.5 119024 Large L 306549 - 0,5mm 306550 - 1,5mm 306551 - 2,5mm 306788 - 1,5x6mm	
230009 - Quadrado (Mold. Aberta)  230007 - Cônico (Mold. Fechada) 			103000 Cônico (Mold. Fechada)  094000 Quadrado (Mold. Aberta) 		100000 - Cônico (Mold. Fechada)  023000 - Quadrado (Mold. Aberta s/ Hex) 167000 - Quadrado (Mold. Aberta c/ Hex) 		 025020 (Mold. Aberta) Ø4,5mm		 057020 (Mold. Fechada) Ø5,0mm	
 957255 Scan Conect MB			 957253 Scan Conect MU		 957259 c/ Hex Scan Conect EC		 957237 Scan Conect HE RD		 957258 - Large Scan Conect TBL	
 013411			 013410		 013414		 013403		 013416	
Rosca 1.6 Torque 20Ncm  230003			Rosca 1.4 Torque 20Ncm  157004 p/ Metal  158004 Fenda p/ Metal  020157 Exclusivo p/ Estrut. Zircônia		Rosca 1.4 Torque 20Ncm  011004		Rosca 2.0  Hexagonal 119024		Torque máximo 30Ncm  Quadrado 121024	
 230006 Titânio múltiplos			 159004 Titânio múltiplos		 112004 - Titânio s/ Hex múltiplos  170004 - Titânio c/ Hex unitário		 137024 - Titânio c/ Hex unitário  008024 - Titânio s/ Hex múltiplos		Base Digital  9 7 5 4 306804 HE RD Ti Cement E Rotacional	
 055097 CrCo  230004 Ti - curto  230011 Ti Cement EX  230010 Calcínvel  230005 Ti - longo			144001 - Calcínvel  055096 - CrCo Cromo-Cobalto  144004 Ti Laser  036001 Ti Cement  144008 Ti Cement EX * Utilizar parafuso fenda 5 4* 7 5 4*		 Acrílico 105001 - s/ Hex 106001 - c/ Hex  Ti Cement 105004 - s/ Hex 055034 - c/ Hex  CrCo 055095 - s/ Hex 055094 - c/ Hex		Pilar O' Ring Ø4,0 Torque 30Ncm  205021 - 1,0mm 205022 - 2,0mm 205023 - 3,0mm 205024 - 4,0mm  203200 - Esp. O' Ring 203000 - Esp. Micro  208000 - Anel Esp. 207000 - Micro Anel  203300 - Cápsula O' Ring 203100 - Micro Cápsula  201000 - Anel O' Ring 202000 - Micro O' Ring		Barra Clips  Ø2,0 x 25mm 200100 - Clip Reto 200200 - Clip 35graus 200300 - Clip 70graus 204000 - Barra Acrílico 400204 - Barra Titânio	
 230002			 095000		 098000					

IMPORTANTE: ESCANEAMENTO DIGITAL E INFORMAÇÃO PARA O LABORATÓRIO
É obrigatório identificar e informar corretamente ao laboratório:
• O Scan Conexão utilizado (Scan Conect, Transfer Scan ou Scan inL)
• Sobre qual Implante (NP 24° - FIT 11,5° - GM 16° - SL - HE RD - HE SD ...), ou
• Sobre qual Abutment (TiBase S - TiBase L - MU - MB - EC - UMD - UB ...)

TIPOS DE SCAN:
• SC Scan Conect (escolher: sobre implante ou sobre abutment)
• TS Transfer Scan (escolher: sobre implante ou sobre abutment)
• inL Scan inL (somente sobre abutment)
A identificação incorreta acarretará em erro no posicionamento do análogo digital e da prótese em geral.

Unitária - Múltipla
Scan inL Sirona® inLab
Micro Unit Mini Pilar  Rosca 1.4 157004  MU-in 957267 inL MU 035001 Ti Cement inL
Multi Base  Rosca 1.6 230003  MB-IN 957266 230004 230005 inL MB Ti-curto Ti-longo
TiBase L  957058 - Large / white 957060 - Large / grey
DentalCAD  Conexão Biblioteca Digital 